



检测报告
TESTING REPORT



T T T S - F H 2 5 0 0 0 0 6 9



第1页 共3页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	山东英科医疗制品有限公司		送样人： /		
		山东省潍坊市青州市茀山工业园齐王路9888号		电话： /		
	生产单位/地址	山东英科医疗制品有限公司				
		山东省潍坊市青州市茀山工业园齐王路9888号				
	样品信息	样品名称：	医用橡胶检查手套	商标：	英科	
	样品总数：	9副				
	号型规格：	无粉指麻M 7.5	颜色：	/		
	质量等级：	/	安全类别：	/		
	产品款号或货号：	/				
	判定标准：	GB 10213-2006 一次性使用医用橡胶检查手套(类别2)				
样品描述	1# 黄色手套					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-03-03	报告发布日期	2025-03-11	
检验日期	2025-03-03 至 2025-03-11					
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果及符合性见附页。					
	检测单位盖章					
备注	/					

批准：

方倩

审核：

赵莹

编制：

李刚



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-FH25000069

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 黄色手套						
不透水试验	/	/	按标准要求	不渗漏	符合	GB 10213-2006
尺寸	宽度	mm	95±5	97	符合	GB 10213-2006
	最小长度	mm	230	246		
	最小厚度 (大约在手掌中心) 光面区域	mm	0.08	0.12		
	最小厚度 (距中指指端13mm ±3mm) 麻面区域	mm	0.11	0.16		
	最大厚度 (大约在手掌中心) 光面区域	mm	2.00	0.12		
拉伸性能	老化前扯断力的最 小值	N	7.0	9.9	符合	ISO 37:2017 ISO 188:2011
	老化前扯断伸长率 的最小值	%	500	663		
	老化后扯断力的最 小值	N	7.0	8.9		
	老化后扯断伸长率 的最小值	%	400	673		

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

检测报告

TESTING REPORT

TTTS-FH25000069

第3页 共3页

样 品

